

お客様各位

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
ヘルスケア事業部 マーケティング本部
AED/ECR ビジネスマネージャー 川上 健太郎

JRC(日本版)ガイドライン 2010 発行に伴うお知らせ

JRC(日本版)ガイドライン 2010 では、乳児への AED の適用が推奨され、AED の小児向けの使用年齢の区切りが未就学児(およそ 6 歳)と規定されました。

フィリップス社下記対象機種は、発売当初より乳児に対して適用が可能な仕様ですので、既にご購入いただいておりますお客様も含め、ガイドライン 2010 に準じ乳児への適用が可能となっております。

つきましては、弊社取扱説明書、製品包装等の表記を改訂するまでの間、ガイドライン 2010 に準じて以下の通り読み替えていただきますようお願い申し上げます。

○対象機種

ハートスタート FR2+、ハートスタート HS1、ハートスタート FRx、ハートスタート FR3 Pro、ハートスタート FR3

○表記対照表

現在の表記	ガイドライン2010に準じた読み替え
1歳以上8歳未満(の小児)、8歳未満(の小児)、等	未就学児
8歳以上、等	就学児以上
日本では、小児キーを使用した場合でも1歳未満の乳児に対してAEDの使用は認められていません、等	1歳未満の乳児に対してAEDの使用は可能、等

詳細に関しまして、各製品に同梱される添付文書、または最新の添付文書をご参照いただきますようお願い申し上げます。

最新の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医療機器の添付文書情報」のページ(<http://www.info.pmda.go.jp/>)から「医薬品医療機器情報提供ホームページ」にアクセスいただき、「その他の検索はこちら⇒」の「医療機器の添付文書情報」を選択下さい。「医療機器の添付文書情報(検索ページ)」にお進みいただき、「株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン」、「該当機種」を選んで入手して下さいますようお願い致します。

また、本件に関するお問い合わせは以下弊社 AED コールセンターにて対応させていただきます。

何卒宜しくようお願い申し上げます。

東京都港区港南 2-13-37 フィリップスビル

AED コールセンター 0120-802-337

03-3740-3269

受付時間 9:00~18:00

(土日、祝日、年末年始を除く)

以上